PRO-110
PRO-115

ИНГАЛЯТОР МЕДИЦИНСКИЙ
COMPRESSOR NEBULIZER
МЕДИЦИНАЛЫҚ ИНГАЛЯТОР

B.Well
Caring for everyone

B.WELL SWISS CONTROLLED

RU Руководство по эксплуатации

1. ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый покупатель, поздравляем Вас с приобретением медицинского ингалятора (компрессорного небулайзера*) PRO-110 / PRO-115 компании B.Well. Небулайзеры компании B.Well отличаются высокой степенью надежности. Компрессор подает мощный поток воздуха в специальную камеру. Струя воздуха разбивает лекарственный препарат на сверхмалые частицы. В таком виде через маску или мундштук лекарственное средство поступает в дыхательные пути пациента.
Компания B.Well гарантирует, что данный прибор произведен из высококачественных материалов и соответствует действующим национальным и международным стандартам безопасности. Небулайзер является медицинским прибором, поэтому использовать его можно только в соответствии с указаниями Вашего врача. Пожалуйста, перед использованием прибора внимательно изучите руководство по эксплуатации и следуйте данным рекомендациям!

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Ваш ингалятор предназначен для лечения астмы, ХОБЛ и других респираторных заболеваний, где во время лечения требуется применение аэрозольных лекарств. Пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим врачом и / или фармацевтом, чтобы определить, разрешено ли применение вашего лекарства для данного ингалятора. При выборе типа, дозы и режима лечения следуйте инструкциям вашего врача или медицинского работника. Механизм действия небулайзера основан на дисперсном распылении лекарственного средства. Приобретая консистенцию аэрозоля, препарат быстрее достигает всех отделов дыхательной системы и оказывает терапевтический эффект.
Аэродинамический размер частиц менее 5 микрон позволяет проводить эффективные ингаляции нижних дыхательных путей.

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

В качестве препаратов для небулайзерной терапии категорически запрещено применять:
- вещества и растворы, содержащие взвешенные частицы (отвары, суспензии, настои и т.д.). Взвешенные частицы значительно крупнее, чем частицы респираторной фракции. Использование их в небулайзере может нанести вред здоровью;
- маслосодержащие растворы (в том числе эфирные масла). Частицы масел, попадая в нижние дыхательные пути, образуют мельчайшие пленки и повышают риск развития так называемых «масляных пневмоний»;
- огнеопасные анестезирующие смеси, легко воспламеняющиеся при контакте с воздухом, кислородом и закисью азота;
- ароматические вещества.

Используйте прибор согласно тому, как описано в данной инструкции и строго по предписаниям Вашего врача.

ⓘ МЕДИЦИНСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Данное руководство и изделие не является заменой консультаций, предоставляемых врачом или другим медицинским работником. Информацию, содержащуюся в настоящем документе, или данное изделие нельзя использовать для самостоятельной диагностики или лечения или при выборе лекарства. Если у вас есть или вы подозреваете, что есть, медицинские проблемы, незамедлительно обратитесь к врачу.

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом использования, внимательно изучите данное руководство по эксплуатации. Сохраняйте его в течение всего срока службы прибора. Данный прибор предназначен только для ингаляционной терапии. Используйте прибор согласно данной инструкции и предписаниям Вашего лечащего врача. Любое иное применение считается неправильным, а, следовательно, опасным. Прибор не подходит для использования с огнеопасными анестезирующими смесями, легко воспламеняющимися при контакте с воздухом, кислородом и закисью азота. Прибор не подходит для анестезии и легочной вентиляции. Производитель не несет ответственности за повреждения, возникшие вследствие неправильного применения прибора, а также вследствие подключения прибора к электрическим установкам, не отвечающим стандартам безопасности.

Правила использования небулайзера

В компрессорном небулайзере B.Well PRO-110 и PRO-115 может применяться весь перечень лекарственных препаратов, рекомендованных для небулайзерной терапии. Тип лекарственного средства, дозу и режим введения может назначить только лечащий врач. Используйте те виды насадок из комплекта небулайзера, которые рекомендованы Вашим лечащим врачом в зависимости от заболевания. Используйте насадку для ингаляции через нос только в случае, если она рекомендована к использованию Вашим лечащим врачом. Никогда не вводите насадку в нос, поднося ее как можно ближе к носу.
Прежде чем использовать лекарственное средство, проверьте, есть ли у него противопоказания к применению в небулайзере.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:

- Внимательно следите за сроком годности разрешенных к использованию растворов. Не используйте растворы с истекшим сроком годности.
- Во избежание распространения инфекций, не рекомендуется использование одних и тех же комплектующих различными пациентами
- Очистку и дезинфекцию комплектующих необходимо проводить каждый раз после использования прибора, а также, если вы используете комплектующие первый раз и/или после длительного хранения! Удостоверьтесь, что детали должным образом продезинфицированы и высушены, после чего храните их в чистом месте.
- Комплектующие и прибор необходимо очищать согласно описанию в п.9 Очистка, уход и хранение данной инструкции
- Всегда очищайте небулайзер и его составные части от остатков лекарственных веществ и моющих средств. Никогда не оставляйте очищающий раствор в распылителе, мундштуке или воздушной трубке!
- Небулайзер и его компоненты нельзя сушить в микроволновой печи, феном или с помощью других бытовых приборов.
- Во время использования небулайзера не закрывайте вентиляционные отверстия прибора. При использовании не накрывайте небулайзер одеялом, полотенцем и т.д. Никогда не размещайте прибор в месте, где существует угроза прекращения доступа воздуха к этим отверстиям.
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Прибор содержит мелкие детали, которые могут быть проглочены ребенком. Ребенок может запутаться в шнуре/ воздушном шланге и задохнуться. Дети и люди с ограниченными возможностями могут пользоваться прибором только под присмотром взрослых.
- Не подвергайте прибор воздействию вредных паров или летучих веществ.
- Не наливайте в распылитель более 8 мл лекарственного раствора.
- Во время использования не наклоняйте распылитель более чем на 45 градусов, не трясите его.
- Не перегибайте воздушный шланг как во время хранения, так и во время использования небулайзера.
- Не роняйте прибор и не подвергайте его повреждениям.
- Не блокируйте крышку воздушного фильтра.
- Прибор одобрен только для использования человеком. Используйте его только по назначению.

Опасность поражения электрическим током

- Используйте только оригинальные комплектующие и аксессуары.
- Прибор не защищен от проникновения жидкости, не смачивайте его.
- Нельзя прикасаться к прибору мокрыми или влажными руками.
- Нельзя подвергать прибор воздействию природных факторов.
- Перед очисткой прибора его необходимо выключить и отсоединить от электросети.
- Отключать прибор от сети необходимо сразу после прекращения сеанса терапии.
- Не отсоединяйте распылитель при работающем приборе.
- Устанавливайте прибор на ровную, устойчивую поверхность во время использования
- Не погружайте прибор в воду.
- Не используйте прибор, если поврежден сетевой шнур или штепсель. Замена сетевого шнура должна осуществляться только в авторизованном сервисном центре.
- Не допускайте контакта сетевого шнура с горячими поверхностями.
- Не тяните за шнур или за прибор, чтобы отключить его от электросети.
- Ремонт данного прибора должен осуществляться только в сервисных центрах, рекомендованных компанией B.Well. Несоблюдение данного условия может сделать прибор небезопасным.

На правильное функционирование прибора могут влиять электромагнитные помехи, превышающие допустимые пределы, указанные в Европейских стандартах. Если на данный прибор воздействует другой электрический прибор, переместите его в другое место и подключите к другой розетке.
В случае неисправности прочтите раздел «11. Таблица возможных неисправностей». Не вскрывайте корпус прибора. Прежде чем подключить прибор к электросети, удостоверьтесь, что рабочее напряжение электросети совпадает с указанным на приборе. Величина рабочего напряжения сети указана на дне небулайзера. В случае если указанное на дне небулайзера рабочее напряжение не совпадает с напряжением электросети, обратитесь к специалисту для решения проблемы. В целом, не рекомендуется использование удлинителей и тройников. Если их использование необходимо, используйте те виды, которые соответствуют стандартам безопасности. Сборка прибора должна проводиться согласно данной инструкции. Неправильная сборка может стать причиной нанесения ущерба людям, животным или вещам. В этом случае производитель не несет ответственности за причиненный ущерб.
Если Вы решили больше не пользоваться прибором, необходимо утилизировать его согласно действующим правилам. Установите прибор таким образом, чтобы легко было произвести отключение.

5. ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРИБОРА И ЕГО ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ

① Корпус прибора
② Выключатель
③ Разъем для воздушного шланга
④ Крышка фильтра
⑤ Держатель распылителя
⑥ Вентиляционное отверстие



*Далее по тексту слова «ингалятор» и «небулайзер» считать равнозначными.

Комплектация

	Комплектующие	Комплектация PRO-110	Комплектация PRO-115		Комплектующие	Комплектация PRO-110	Комплектация PRO-115
	1. Ингалятор медицинский	1 шт.	1 шт.		7. Маска детская	1 шт.	1 шт.
	2. Распылитель Basic	1 шт.	1 шт.		8. Маска младенческая	–	1 шт.
	3. Воздушный шланг	1 шт.	1 шт.		9. Набор фильтров	5 шт.	5 шт.
	4. Мундштук	1 шт.	1 шт.		10. Сумка для хранения	1 шт.	1 шт.
	5. Насадка для ингаляции через нос	1 шт.	1 шт.		11. Руководство по эксплуатации 12. Гарантийный талон	1 шт.	1 шт.
	6. Маска для взрослого	1 шт.	1 шт.		13. Наклейки	–	2 шт.

Распылитель

Благодаря эффекту Вентури, воздух ② из окружающей среды проходит через открытые отверстия ① в крышке распылителя и соединяется с воздухом, поступающим из компрессора ③, тем самым увеличивая скорость распыления и уменьшая время ингаляции ④.

6. ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ

Проверяйте прибор перед каждым использованием с тем, чтобы обнаружить возможные неисправности и/ или повреждения, вызванные транспортировкой и/ или хранением.
При проведении ингаляции сидите ровно и расслабленно за столом (не в кресле) для того, чтобы не сжимать дыхательные пути и не снижать эффективность процедуры.
Комплектующие должны использоваться только одним пациентом, не рекомендуется использование одних и тех же комплектующих несколькими пациентами.
- Перед работой с небулайзером тщательно вымойте руки.
- Достаньте прибор и его комплектующие из коробки. Проверьте прибор на наличие видимых повреждений или дефектов, обратите особое внимание на наличие трещин в корпусе прибора, которые могут обнажить электрические компоненты. Проверьте целостность комплектующих.
- Очистите и продезинфицируйте распылитель, мундштук, насадку для ингаляции через нос, маску для лица (если их используют в первый раз после длительного хранения прибора и/или в том случае, если ими пользуются несколько человек). Перед тем, как использовать прибор, очистите его согласно пункту «9.Очистка, уход и хранение».
- Установите небулайзер на ровную устойчивую поверхность таким образом, чтобы при проведении ингаляций было удобно пользоваться распылителем, аксессуарами и кнопкой включения / выключения.

Перед использованием прибора убедитесь:
- что все детали подсоединены должным образом;
- что воздушный фильтр находится внутри крышки фильтра;
- что воздушный фильтр чист (если воздушный фильтр изменил цвет или использовался длительное время, замените его новым).

Подготовка распылителя к работе

1. Откройте распылитель, повернув крышку против часовой стрелки.
2. Убедитесь, что диффузор правильно установлен внутри распылителя.
3. Залейте необходимое количество прописанного врачом раствора в емкость для лекарств.
4. Закройте распылитель, совместив две его части и повернув крышку по часовой стрелке. Удостоверьтесь, что распылитель плотно закрыт.

⚠ВНИМАНИЕ! Емкость для лекарств вмещает от 2 до 8 мл. На емкости для лекарств нанесена шкала. Она служит для примерной оценки емкости лекарственного раствора.

Подсоединение воздушного шланга

Присоедините воздушный шланг к разъему для воздушного шланга компрессора. Присоедините другой конец воздушного шланга к разъему для воздушного шланга распылителя. Убедитесь, что воздушный шланг подсоединен надежно, во избежание утечек воздуха.

⚠ВНИМАНИЕ! Во время подсоединения воздушного шланга не пролейте лекарство, держите распылитель строго вертикально.
Подсоедините маску или мундштук к распылителю.
- Убедитесь, что выключатель находится в выключенном положении: «O».
- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку. Прежде удостоверьтесь, что напряжение электросети совпадает с рабочим напряжением прибора.
- Включите прибор – положение «I».

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

Держите распылитель строго вертикально.
⚠ВНИМАНИЕ! Не наклоняйте распылитель более, чем на 45 градусов. Если угол наклона больше 45 градусов, лекарственное средство может вытечь в рот.
Нажмите на выключатель, чтобы он находился в положении «I». Компрессор включится и начнется распыление.
Проводите ингаляцию в соответствии с предписаниями Вашего лечащего врача. Используйте предписанные врачом насадки.
⚠ВНИМАНИЕ! Температура вдыхаемого аэрозоля зависит от температуры окружающей среды и температуры лекарственного раствора. Если раствор хранился в холодильнике, перед употреблением его рекомендуется довести до температуры 16-20С°.

Использование мундштука:

Возьмите мундштук в рот и во время ингаляции дышите ровно.
Для лечения нижних дыхательных путей у взрослых и детей старше 5 лет рекомендуется использовать мундштук.

Использование масок:

Наденьте маску таким образом, чтобы она закрывала нос и рот, и проводите ингаляцию лекарственного средства. Вдыхайте и выдыхайте через маску. Для лечения верхних дыхательных путей рекомендуется использовать маску. Она позволяет орошать всю полость носа, глотки, а также гортань и трахею. Детям от 1 года до 5 лет рекомендуется использовать детскую маску. Детям до 1 года – младенческую.
После завершения ингаляции выключите прибор, переместив выключатель в положение «O», отключите прибор от электросети.
Очистите небулайзер и комплектующие согласно пункту «9.Очистка, уход и хранение». В воздушном шланге может образоваться конденсат. В случае его появления, отсоедините воздушный шланг от распылителя, включите компрессор и просушите воздушный шланг до удаления жидкости.
⚠ВНИМАНИЕ! Не храните воздушный шланг, если в нем остались конденсат или влага. Это может привести к бактериальной инфекции.
Отключите прибор от электрической розетки. После процедуры необходимо прополоскать рот кипяченой водой комнатной температуры, а если вы использовали маску – промыть глаза и лицо водой.
⚠ВНИМАНИЕ! Прибор может работать в течение 30 мин без перерыва, после чего ему необходимо дать остыть в течение 30 мин.

8. ЗАМЕНА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

Воздушный фильтр подлежит замене в случае его механического повреждения или сильного загрязнения.
При нормальных условиях эксплуатации воздушный фильтр должен быть заменен примерно после 500 часов работы или после года использования. Рекомендуется периодически проверять воздушный фильтр (после 10-12 процедур) и, если фильтр приобрел серый/ коричневый цвет или стал влажным, замените его.
1. Поверните крышку воздушного фильтра против часовой стрелки (только для PRO-115)
2. Потяните вверх, извлеките камеру воздушного фильтра из прибора
3. Извлеките воздушный фильтр (например, с помощью пинцета) и установите новый
4. Установите камеру воздушного фильтра обратно
5. Поверните крышку по часовой стрелке для фиксации (только для PRO-115)

⚠ВНИМАНИЕ! Использование загрязненного фильтра или фильтра, изготовленного из другого материала, например хлопка, может привести к поломке прибора.
Используйте только оригинальные фильтры B.Well для данного прибора.
- Не включайте прибор, если фильтр отсутствует.
- Не пытайтесь мыть или очищать фильтр. Если фильтр намок, замените его.
- Не меняйте фильтр во время работы прибора.
- Чтобы предотвратить закупорку крышки воздушного фильтра, регулярно мойте ее.

⚠ВНИМАНИЕ! Воздушный фильтр нельзя чистить или мыть.

9. ОЧИСТКА, УХОД И ХРАНЕНИЕ

Очистка прибора и комплектующих

Очистку прибора нужно проводить с использованием мягкой сухой ткани и без использования абразивных чистящих средств.
⚠ВНИМАНИЕ! Проводя очистку, удостоверьтесь, что на внутренние детали прибора не попадает жидкость и что прибор отключен от электросети.
Внимательно следуйте инструкциям по очистке и дезинфекции комплектующих, так как это важно для работы прибора и эффективности процедуры.
⚠ВНИМАНИЕ! Перед первым использованием прибора и после каждой процедуры необходимо проводить обработку всех комплектующих, согласно следующим указаниям:
- Откройте распылитель, повернув крышку распылителя против часовой стрелки, извлеките диффузор и слейте остатки лекарства.
- Промойте все части разобранного распылителя, мундштук и насадку для ингаляции через нос водопроводной водой, затем опустите в кипящую воду на 5 минут.
- Соберите распылитель, подсоедините его к воздушному шлангу. Включите прибор и дайте ему поработать 10-15 минут, либо просушите, выложив на чистое бумажное полотенце.
- Маски и воздушный шланг нужно мыть теплой водой. Маски и воздушный шланг нельзя кипятить и очищать с помощь автоклавирования!

Стерилизация:
- используйте холодную дезинфицирующую жидкость, следуйте инструкциям производителя жидкости.
- вымойте руки и достаньте части прибора из дезинфицирующего раствора, промойте в теплой проточной воде и просушите, выложив на бумажное полотенце.
- не вытирайте продезинфицированные части прибора полотенцем, не используйте для сушки фен, микроволновую печь или другие бытовые приборы. Внешнюю поверхность влажных деталей можно протирать чистой сухой тканью.

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы избежать распространения инфекций, рекомендуется проводить дезинфекционную обработку частей прибора **перед первым использованием** и после каждого применения. Используйте для лечения только препараты, выписанные Вашим лечащим врачом, и строго следуйте его указаниям.

Запрещается вскрывать прибор. Ремонт данного прибора должен осуществляться только в центрах технического обслуживания, рекомендованных компанией B.Well.

ⓘ ПРИМЕЧАНИЕ: B.Well рекомендует произвести замену распылителя через 6-12 месяцев в зависимости от эксплуатации.

Распылитель должен быть заменен, если не использовался длительное время, так как он может быть деформирован или поврежден, а диффузор распылителя может быть забит сухим лекарством или пылью.
Используйте только оригинальные распылители B.Well.

Уход и хранение

Для того чтобы Ваш прибор мог служить Вам долго, следуйте следующим указаниям:
- не храните прибор при чрезмерно высокой или низкой температуре, повышенной влажности или под прямыми солнечными лучами;
- не сгибайте и не сворачивайте воздушный шланг.

Температура и влажность хранения и применения прибора – см. п.12 Технические характеристики. Утилизация прибора и любых использованных принадлежностей должна осуществляться в соответствии с местными нормативными актами.

10. УТИЛИЗАЦИЯ

Продукцию следует утилизировать в соответствии с принятыми нормами и не выбрасывать вместе с бытовыми отходами.
Для утилизации продукции необходимо обращаться в специализированные организации, имеющие разрешение на проведение утилизации, выданное в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. ТАБЛИЦА ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Обратитесь в авторизованный Сервисный центр, если у Вас есть вопросы по использованию и/ или уходу за прибором.
В случае возникновения каких-либо неисправностей, внимательно изучите таблицу и попробуйте их устранить.

Проблема	Решение
Прибор не включается	· Убедитесь, что прибор хорошо подсоединен к электросети · Убедитесь, что соблюдены указанные в инструкции временные условия работы прибора (30 минут работает, 30 минут выключен). · Убедитесь, что концы воздушного шланга плотно подсоединены к прибору и распылителю. · Проверьте, что в распылитель налито необходимое количество лекарства (максимально 8 мл). Проверьте, что диффузор распылителя не забит.
Прибор не распыляет или распыляет слабо	

В случае если прибор не начал работать правильно, пожалуйста, обратитесь в авторизованный Сервисный центр.

Обслуживание и ремонт

Если прибор не работает, обратитесь в авторизованный Сервисный центр.
Не вскрывайте прибор. Прибор не имеет внутренних деталей, которые пользователь может ремонтировать сам, внутренние детали не нуждаются в уходе и смазке.

12. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее напряжение:	230 В, 50 Гц, 1А
Макс. емкость распылителя:	8 мл
Мин. емкость распылителя:	2 мл
Размер частиц (MMAD):	приблиз. 3,16 микрон % частиц <5 микрон – более 70%



Скорость распыления:	0,4 мл/мин
Остаточный объем распылительной камеры:	1 мл
Уровень шума:	54 dB
Вес PRO-110:	1,345 кг. (без аксессуаров) 1, 562 кг (в коробке с аксессуарами)
Вес PRO-115:	1,510 кг. (без аксессуаров) 1,786 кг. (в коробке с аксессуарами)
Максимальное давление:	2,2 бар
Размеры PRO-110:	137 × 173 × 96 мм
Размеры PRO-115:	224 x 112 x 170 мм
Режим работы:	30 мин вкл / 30 мин отдых
Условия применения:	Температура: MIN +10 °C – MAX +40 °C Влажность: MIN 10% RH – MAX 95% RH Атмосферное давление: 700 hPa – 1060 hPa
Условия хранения:	Температура: MIN -25 °C – MAX +70 °C Влажность: MIN 10% RH – MAX 95% RH Атмосферное давление: 700 hPa – 1060 hPa

Сроки службы:

Ниже указаны сроки службы при условии, что устройство используется для распыления 2 мл физиологического раствора 2 раза в день по 5 мин. при комнатной температуре 23С.
Компрессор (основной блок): ≥ 10 лет (или ~ 1000 часов)
Распылитель, воздушный шланг, мундштук, насадка для ингаляции через нос, маски – 1 год
Воздушный фильтр – 60 дней
- Класс II защиты от поражения электрическим током.
- Распылитель, мундштук и маски типа BF.
- Прибор не защищен от брызг.
- Прибор должен работать не дольше 30 минут, затем быть выключенным в течение 30 минут.

Приведенные выше данные являются ориентировочными, и могут изменяться от физических свойств (температуры, вязкости, плотности) распыляемого вещества. Возможны изменения технических характеристик и дизайна прибора в целях их улучшения без предварительного уведомления.

13. СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

Стандарты безопасности медицинского электрического оборудования EN 60601-1. Электромагнитная совместимость согласно европейскому стандарту EN 60601-1-2. Медицинские изделия класса IIa в соответствии с Директивой ЕС 93/42/ЕЕС по медицинским приборам. Данный прибор соответствует требованиям директивы ЕС 93/42/EEC (Директива по медицинским приборам) и европейскому стандарту EN 13544-1:2007+A1:2009 Оборудование респираторной терапии - Часть 1: Ингаляторные системы и их компоненты.
Высокое качество прибора и комплектующих подтверждено документально:
- Регистрационное удостоверение №РЗН 2017/5472 от 11.04.17 г.
- Регистрационное удостоверение на территории РК: РК-МТ-5№016495 от 30.03.2017 г.
- Декларация о соответствии.
- Декларация о соответствии техническому регламенту об электромагнитной совместимости технических средств Таможенного союза.

14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Продавец обеспечивает бесплатное сервисное обслуживание изделия** в течение 10 лет, и гарантийные обязательства в течение 5 лет с даты приобретения прибора.
Гарантия не распространяется на комплектующие, подверженные износу (распылитель, воздушный шланг, мундштук, насадку для ингаляций через нос, маски, воздушные фильтры), а также на упаковку прибора и сумку для хранения. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие вследствие подключения к электросети через сетевые адаптеры, не рекомендованные компанией B.Well, а также вследствие перенапряжения в электросети. Прибор нужно ремонтировать только в авторизованных Сервисных центрах.
Транспортные расходы пользователь несет самостоятельно.
Любой ремонт, который не входит в гарантийные обязательства, осуществляется за счет пользователя. Гарантийные обязательства не включают в себя компенсацию любого вида ущерба, прямого или косвенного, причиненного людям или вещам в процессе неправильной работы небулайзера.
При обнаружении производственного дефекта в течение срока бесплатного сервисного обслуживания неисправный прибор будет отремонтирован, а в случае невозможности ремонта заменен бесплатно.
Гарантийные обязательства действительны только при полностью заполненном гарантийном талоне и наличии печати торгового предприятия или печати технического обслуживания.
Гарантийное и бесплатное сервисное обслуживание не производится при наличии на корпусе прибора следов механического воздействия, вмятин, трещин, сколов и т.п., следов вскрытия корпуса, следов попыток ремонта вне авторизированного центра технического обслуживания, следов попадания влаги внутрь корпуса или воздействия агрессивных средств, а также в других случаях нарушения потребителем правил хранения, транспортировки и технической эксплуатации прибора, предусмотренных правилами, изложенными в инструкции по эксплуатации.
Информацию по техническому обслуживанию, как в рамках настоящей гарантии, так и платному, можно получить в авторизованном сервисном центре или по телефону бесплатной горячей линии по России 8-800-200-33-22.
Учитывая высокое качество продукции B.Well, фактический срок службы приборов может значительно превышать официальный.
Политика компании B.Well предусматривает постоянное совершенствование продукции. В связи с этим компания оставляет за собой право вносить полные или частичные изменения в продукцию без предварительного уведомления и в соответствии с производственными требованиями.

**Бесплатное сервисное обслуживание – устранение недостатков (дефектов) изделия возникших по вине производителя.

Дата производства указана на дне ингалятора в серийном номере: первые две цифры – номер недели, две вторые цифры – последние цифры года производства. Дата производства комплектующих, купленных отдельно от прибора, указана на стикере в номере партии LOT: первые две цифры – номер недели, две вторые цифры – последние цифры года производства.
Центральный сервисно-консультационный пункт B.Well в России: Москва, ЗАО «Альфа-Сервис», ул. Бехтерева д.27, Тел. (495) 325-45-63
Адреса сервисно-консультационных пунктов вашем городе Вы можете узнать по телефону бесплатной горячей линии 8 800 200-33-22 или на сайте компании «Альфа-Медика» www.alpha-medica.ru

15. РАСШИФРОВКА СИМВОЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ НА УПАКОВКЕ:

16. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ

Руководство и декларация производителя об электромагнитных излучениях

Прибор PRO-110/PRO-115 предназначены для применения в электромагнитной среде, описанной ниже.
Заказчик или пользователь PRO-110/PRO-115 должен гарантировать их применение именно в такой среде.

Проверка радиоизлучения	Требования	Правила регулирования электромагнитной среды
Радиоизлучение. Нормы электромагнитных помех CISPR 11	Группа 1	Приборы PRO-110/PRO-115 функционируют при помощи внутреннего радиоизлучения, уровень которого очень низкий и не может препятствовать работе находящегося рядом электронного оборудования
Радиоизлучение. Нормы электромагнитных помех CISPR 11	Класс B	Приборы PRO-110/PRO-115 пригодны для всех устройств, кроме бытовых, но могут применяться в бытовых устройствах и приборах, которые напрямую соединены с низковольтной силовой сетью энергоснабжения жилых помещений и снабжены следующим предупреждением:
Гармонические излучения по Международному стандарту на электромагнитную совместимость технических ср-в МЭК 61000-3-2	Класс A	**ВНИМАНИЕ!** Данное оборудование или система предназначены для применения работниками здравоохранения. Оно может вызвать радиопомехи или прервать работу близлежащего оборудования. Может возникнуть необходимость принять меры защиты, например, переориентировать приборы PRO-110/PRO-115, изменить их положение или экранировать от помех.
Колебания напряжения в сети/ короткие вспышки по Международному стандарту на электромагнитную совместимость технических ср-в МЭК 61000-3-3	Соответствует	

Руководство и декларация производителя об электромагнитных излучениях

Прибор PRO-110/PRO-115 предназначены для применения в электромагнитной среде, описанной ниже.
Заказчик или пользователь PRO-110/PRO-115 должен гарантировать их применение именно в такой среде.

Испытания на устойчивость к видам помех	Уровень испытаний по МЭК 60601	Уровень устойчивости к помехам	Правила регулирования электромагнитной среды
Электростатический разряд (ESD) по Международному стандарту МЭК 61000-4-2	Напряжение контактное ± 6 кВ Напряжение воздушное ± 8 кВ	Напряжение контактное ± 6кВ Напряжение воздушное ± 8 кВ	Пол в помещении должен быть деревянным, бетонным или кафельным. Если пол покрыт синтетическим материалом, относительная влажность материала не должна быть ниже 30%
Быстрые электрические переходные процессы или всплески напряжения по Международному стандарту МЭК 61000-4-4	Напряжение для силовых кабелей ×2кВ Напряжение на входных/ выходных кабелях × 1кВ.	Напряжение для силовых кабелей ×2кВ	Мощность сети электропитания должна соответствовать стандартам для коммерческого или медицинского помещения. Быстрые переходные электрические процессы возникают при включении индуктивных нагрузок. Расстояние между оборудованием и другими устройствами следует определять перед монтажом. При необходимости установить сетевой фильтр
Скачки перенапряжения по Международному стандарту МЭК 61000-4-5	Напряжение между кабелями × 1кВ Напряжение между кабелем (кабелями) и землей × 2кВ	Напряжение между кабелями × 1кВ	Мощность сети электропитания должна соответствовать стандартам для коммерческого или медицинского помещения
Падение напряжения, короткие прерывание напряжения или колебание напряжения на входных силовых линиях по Международному стандарту МЭК 61000-4-11	<5% СН' (>95% ное падение СН) для половины цикла. 40% СН (60% ное падение СН) для пяти циклов. 70% СН (30% ное падение СН) для 25 циклов. <5% СН (>95% ное падение СН) в течение 5 сек.	<5% СН (>95% ное падение СН) для 0.5 цикла. 40% СН (60% ное падение СН) для пяти циклов. 70% СН (30% ное падение СН) для 25 циклов. <5% СН (>95% ное падение СН) в течение 5 сек.	Мощность сети электропитания должна соответствовать коммерческому или медицинскому помещению. Если пользователь прибора PRO-110/PRO-115 требует продолжения работы приборов в условиях прерывистого напряжения, рекомендуется подключить к приборам источник бесперебойного питания или аккумуляторную батарею
Электромагнитное поле промышленной частоты (50/60 Гц) по Международному стандарту МЭК 61000-4-8	3 А/м	3 А/м	Электромагнитные поля промышленной частоты приборов PRO-110/PRO-115 должны соответствовать техническим данным приборов, находящихся в рабочем положении в коммерческом или медицинском помещении

ПРИМЕЧАНИЕ: * СОН – сетевое напряжение переменного тока до начала испытательного цикла.

Руководство и декларация производителя об электромагнитных излучениях

Прибор PRO-110/PRO-115 предназначены для применения в электромагнитной среде, описанной ниже.
Заказчик или пользователь PRO-110/PRO-115 должен гарантировать их применение именно в такой среде.

Испытания на устойчивость к видам помех	Уровень испытаний по МЭК 60601	Уровень устойчивости к помехам	Правила регулирования электромагнитной среды
Наведенные радиопомехи по МЭК 61000-4-6	3 В/1000 об./мин при частоте от 150 кГц до 80 МГц	3 В	Расстояние между радиокоммуникационным оборудованием, переносным и передвижным, и приборами PRO-110/PRO-115, включая кабели питания, должно быть не менее рекомендуемой величины, вычисленной из уравнения частоты передатчика радиосвязи. **Recommended separation distance** $d=\frac{3.5}{V_1}\sqrt{P}$ $d=\frac{3.5}{E_1}\sqrt{P}$ 80МГц to 800 МГц $d=\frac{7}{E_1}\sqrt{P}$ 800МГц to 2.5 ГГц где **p** наибольшая величина мощности в Вт на выходе передатчика по данным производителя, а **d** – рекомендуемое расстояние в метрах. Напряженность электромагнитного поля от неподвижных радиопередатчиков, определенная при инженерной магнитной съемке, должна быть меньше, чем уровень помехоустойчивости в каждом частотном диапазоне. Помехи могут возникнуть на ближнем расстоянии от оборудования, от меченного следующим знаком:
Излучаемые радиопомехи по МЭК 61000-4-3	3 В/м при частоте от 80МГц до 2.5 ГГц	3 В/м	

Примечание 1: Для диапазона частот 80 МГц – 800 МГц применяется более высокий диапазон частот.
Примечание 2: Эти рекомендации не всегда соответствуют различным ситуациям. На распространение электромагнитных волн влияют поглощение и отражение радиосигн. зданиями, предметами и людьми.

a: Напряженность электромагнитного поля от неподвижных радиопередатчиков, таких как базовые станции сотовой/беспроводной связи, наземной мобильной радиосвязи, любительской радиосвязи, АМ и FM радиовещания, а также от передатчиков ТВ вещания не может быть предсказана теоретически достаточно точно. Для оценки влияния стационарных радиопередатчиков на окружающую электромагнитное поле, требуется инженерная съемка электромагнитной обстановки. Если измеренная напряженность электромагнитного поля в месте использования прибора PRO-110/PRO-115, превышает уровень помехоустойчивости радиосвязи, необходимо проверить, работают ли приборы в нормальном режиме. При обнаружении отклонений от нормального режима, возможно, потребуется дополнительные исследования, например, после переориентирования или изменения положения прибора PRO-110/PRO-115.
b: Напряженность электромагнитного поля при частоте от 150 кГц до

Use of mouthpiece:
Take the mouthpiece to your mouth and breathe smoothly during the inhalation.
Using of mouthpiece is recommended in treatment of lower respiratory tract in grownups and children above 5 years old.

Use of masks:
Put on a mask in the way that it will close your nose and mouth, and conduct inhalation of the drug. Inhale and exhale through the mask. Using of mask is recommended in treatment of upper respiratory tract. It allows for irrigation of the whole nasal and pharynx cavities, and also larynx and trachea.
Child mask is recommended for use for children aged from 1 to 5 years old Infant mask for children under 1 year old.
When the treatment has been completed, switch the unit off by setting the switch into the «O» position and disconnect the plug from the wall socket.
Wash the nebulizer and its accessories as described in the section «9. Cleaning, Maintenance and Storage».
Condensate can form in the air tube. In this case detach the air tube from the nebulizer, turn on the compressor and dry the air tube till the elimination of all the liquid.

⚠**WARNING!** Do not store the air tube if there is condensate or liquid inside. It can lead to bacterial infection.

Switch off the device from the socket. Rinse your mouth with boiled water of the ambient temperature after the procedure. If you used mask – rinse your eyes and face with water.

⚠**WARNING!** The device can work for 30 min without a pause, than you should let the device to cool down for 30 min.

8. REPLACEMENT OF THE AIR FILTER
The Air filter must be replaced in case of damage or severe contamination. In normal usage conditions, the air filter must be replaced approximately after 500 working hours or after each year. It is recommended periodically checking the air filter (10 – 12 treatments) and, if the filter shows a grey or brown color or is wet, replace it.
1. Turn the air filter cover counterclockwise (only for PRO-115)
2. Extract the air filter bladder from the device by pulling it up
3. Extract the filter and replace it with a new one (for example with the help of tweezers)
4. Set the air filter bladder on its place
5. Turn the cover clockwise to fix it (only for the PRO-115)

⚠**WARNING!** The use of dirty filter or filter made of another material, for example, cotton, may lead to device damage.

Use original filters only.
- Do not use the device without filter.
- Do not try to clean the filter for reusing it. If the filter is wet replace it.
- The air filter shall not be serviced or maintained while in use with a patient.
- To avoid the air filter cover obstruction clean it regularly.

⚠**WARNING!** Air filters cannot be cleaned or washed.

9. CLEANING, MAINTENANCE AND STORAGE
Cleaning the device and the accessories
The cleaning of the device must be carried out by using a soft and dry cloth and non-abrasive cleansers.

⚠**ATTENTION!** During cleaning operations, make sure the internal parts of the unit are not in contact with liquids and that the power plug is disconnected.

Follow carefully the cleaning and disinfection instructions of the accessories as they are very important for the device performances and the therapy success.

⚠**ATTENTION!** Before first using of the device and after each treatment it is necessary to clean all the accessories according to the following instructions:
- Disassemble the nebulizer by turning counterclockwise the top and remove the medicine conduction cone.
- Wash the components of the disassembled nebulizer, the mouthpiece and nosepiece by using tap water; dip in boiling water for 5 minutes.
- Reassemble the nebulizer components and connect it to the air-outlet, switch the device on and let it work for 10-15 minutes or put on the clean paper towel for drying on the air.
- The masks and air tube must be washed with warm water. Does neither boil nor autoclave the air tube and masks!

Sterilization:
- Use cold disinfecting liquids following the instructions of the sterilization liquids' manufacturer.
- Wash your hands and take the components out from disinfection solution, wash the components in warm running water, lay the components on paper towel and dry.
- Do not wipe disinfected parts of the device with a towel; do not use hair dyer, microwave oven or other household appliances for drying. The outer surface of wet parts can be wiped with a clean dry cloth.

⚠**Caution:** In order to avoid spread of infections it is recommended to conduct disinfection of device components **before first and** after every use. Use for treatment only the drugs prescribed by your attending doctor and strictly follow his/her indications.

Opening of the device is prohibited. Repair of the device should be conducted only in technical service centers recommended by B.Well company.

ⓘ **Note:** The nebulizer need to be replaced after 6-12 months depending on the usage.

The nebulizer must be replaced after a long period of inactivity, in case it shows deformations or breakings, or when the nebulizer nozzle (diffuser) is obstructed by dry medicine, dust, etc. Use original nebulizers only.

Maintenance and storage
If you want your device to serve you for years, follow the following indications:
- do not store the device at extremely high or low temperatures, high humidity or under direct sunlight;
- do not bend or wrap the air tube.

Operation and storage conditions – please see «12. Specification» section.
Utilization of the device and any of its components should be performed in accordance with the local regulations.

10. DISPOSAL
The unit must be disposed in accordance with current standards separately from domestic wastes.
For disposal it is necessary to contact special organizations licensed to make utilization.

11. TROUBLESHOOTING
Contact an authorized Customer Service Centre in case you need help about the use and the maintenance of the equipment.
In case of any malfunction look at the table and try to eliminate it.

Problems	Solutions
The device does not switch on	· Make sure the power plug is firmly fitted to the wall socket. · Make sure that the device has been operating within operating limits indicated in this Instruction for Use (30 min ON / 30 min OFF).
The device does not nebulize or nebulizes weakly	· Make sure that the ends of the air tube are tightly fitted to the main unit and nebulizer. · Verify that the nebulizer is not empty or has been filled with the proper quantity of medicine (max 8 ml). Verify that the nebulizer nozzle is not obstructed.

In case of the device not start working properly again, address to authorities Service center.

Maintenance and repairs
In case of failure, address to qualified personnel authorized by B.Well. Do not open the device in any case.
The unit has no user-serviceable parts within and does not need internal maintenance or lubrication.

12. SPECIFICATIONS
Power supply:	230 V ~ 50 Hz, 1A
Maximum filling volume:	8 ml
Minimum filling volume:	2 ml
Particle size (MMAD):	approx. 3,16 μm % of particle size <5 μm - more than 70%



Nebulization rate:	0,4 ml/min.
Residual medicine volume:	1 ml
Noise level:	54 dBA
Weight PRO-110:	1,345 Kg (without accessories) 1, 562 кг (in the gift box with accessories)
Weight PRO-115:	1,510 Kg (without accessories) 1,786 кг. (in the gift box with accessories)
Maximum pressure:	2,2 bar
Size PRO-110 :	137 x 173 x 96mm
Size PRO-115:	224 x 112 x 170 mm
Operation limits:	30 min ON / 30 min OFF
Operating conditions:	Temperature: MIN +10 °C – MAX +40 °C Humidity: MIN 10% RH – MAX 95% RH Atmospheric pressure: 700 hPa – 1060 hPa
Storage conditions:	Temperature: MIN -25 °C – MAX +70 °C Humidity: MIN 10% RH – MAX 95% RH Atmospheric pressure: 700 hPa – 1060 hPa

Durable periods:
Durable periods are as follows, provided the product is used to nebulize 2ml of medication 2 times a day for 5 minutes each time at room temperature (23°C).
Durable period may vary depending on usage environment.
Compressor (main unite) ≥ 10 years (or ~1000 hours)
Nebulizer kit, air tube, mouthpiece, nosepiece, masks – 1 year
Air filter – 60 days
- Class II device as regards protection against electric shocks.
- Nebulizer, mouthpiece and masks are type BF applied parts.
- Device not protected against sprinkles.
- Device for intermittent use (30 min ON / 30 min OFF)

The information defined above is advisory and can change depending on physical properties (temperature, viscosity, density) of the nebulized substance.
The manufacturer may change technical specifications and design of the device without prior notice.

13. APPLIED STANDARDS
Electric Safety Standards EN 60601-1. Electromagnetic Compatibility according to EN 60601-1-2. Class IIa Medical Device according to the 93/42/EEC European Directive on Medical Devices.

This device fulfl ls the provision of the EC directive 93/42/EEC (Medical Device Directive) and the European Standard EN 13544-1:2007+A1:2009 Respiratory therapy equipment - Part 1: Nebulizing systems and their components.

14. WARRANTY
Warranty period is 5 years from the date of purchase. This warranty doesn't cover any damages caused by improper using, and also battery, protective cover and storage bag, packaging and the accessories supplied with the device (nebulizer kit, air tube, mouthpiece, nosepiece, masks, air fi lters) and those parts subject to normal wear and tear.
The warranty does not apply to damage caused by using adapters not recommended by the B.Well company and the overvoltage.
When a manufacturing defect is revealed during the warranty period a faulty unit would be repaired or, if repairing is impossible, replaced with another one.
The manufacturer may change units partially or completely if necessary, without prior notice. Manufacturing date is encoded in the SN number at the bottom of the device: two fi rst numbers are numbers of the week; two other numbers are last numbers of the year. Manufacturing date of the spare parts, which can be bought separately from the device is encoded in the LOT number on the sticker: two fi rst numbers are numbers of the week, two other numbers are last numbers of the year.

15. SYMBOL INFORMATION


16. ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY INFORMATION
Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic emissions

The PRO-110/PRO-115 is intended for use in the electromagnetic environment specifi ed below. The customer or the user of the PRO-110/PRO-115 should assure that it is used in such an environment.

Emissions test	Compliance	Electromagnetic environment – guidance
RF emissions CISPR 11	Group 1	The PRO-110/PRO-115 uses RF energy only for its internal function. Therefore, its RF emissions are very low and are not likely to cause any interference in nearby electronic equipment.
RF emissions CISPR 11	Class [B]	The PRO-110/PRO-115 is suitable for use in all establishments other than domestic, and may be used in domestic establishments and those directly connected to the public low-voltage power supply network that supplies buildings used for domestic purposes, provided the following warning is heeded: ⚠ **WARNING!** This equipment/system is intended for use by healthcare professionals only. This equipment/ system may cause radio interference or may disrupt the operation of nearby equipment. It may be necessary to take mitigation measures, such as re-orienting or relocating the PRO-110/PRO-115 or shielding the location.
Harmonic emissions IEC 61000-3-2	Class A	
Voltage fl uctuations/ fl icker emissions IEC 61000-3-3	Complies	

Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic emissions

The PRO-110/PRO-115 is intended for use in the electromagnetic environment specifi ed below. The customer or the user of the PRO-110/PRO-115 should assure that it is used in such an environment.

Immunity Test	IEC 60601 Test level	Compliance level	Electromagnetic environment – guidance
Electrostatic discharge (ESD) IEC 61000-4-2	±6 kV contact ±8 kV air	±6 kV contact ±8 kV air	Floors should be wood, concrete or ceramic tile. If fl oors are covered with synthetic material, the relative humidity should be at least 30 %
Electrical fast transient/burst IEC 61000-4-4	±2 kV for power supply lines ±1 kV for input/ output lines	±2 kV for power supply lines	Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment. The electrical fast transient burst (EFT) is generated by the switching of inductive loads. Separation between the equipment and other loads shall be considered before installation. Mains fi lter is required, if necessary
Surge IEC 61000-4-5	+1 kV line(s) to line(s) +2 kV line(s) to earth	+1 kV line(s) to line(s)	Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment
Voltage dips, short interruptions and voltage variations on power supply input lines IEC 61000-4-11	<5% UT (>95% dip in UT) for 0.5 cycle 40% UT (60% dip in UT) for 5 cycle 70% UT (30% dip in UT) for 25 cycle <5% UT (>95% dip in UT) for 5s	<5% UT (>95% dip in UT) for 0.5 cycle 40% UT (60% dip in UT) for 5 cycle 70% UT (30% dip in UT) for 25 cycle <5% UT (>95% dip in UT) for 5s	Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment. If the user of the PRO-110/ PRO-115 requires continued operation during power mains interruptions, it is recommended the PRO-110/ PRO-115 be powered from an uninterruptible power supply or a battery.
Power frequency (50/60Hz) magnetic fi eld IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Power frequency magnetic fi elds should be at levels characteristic of a typical location in a typical commercial or hospital environment.

NOTE: " UT is the a.c. mians voltage prior to application of the test level

Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic emissions

The PRO-110/PRO-115 is intended for use in the electromagnetic environment specifi ed below. The customer or the user of the PRO-110/PRO-115 should assure that it is used in such an environment.

Immunity Test	IEC 60601 Test level	Compliance level	Electromagnetic environment – guidance
Conducted RF IEC 61000-4-6	3Vrms 150KHz to 80MHz	3V	Portable and mobile RF communications equipment should be used no closer to any part of the PRO-110/PRO-115, including cables, than the recommended separation distance calculated from the equation applicable to the frequency of the transmitter. **Recommended separation distance** $d=[\frac{3.5}{3}]\sqrt{P}$ $d=[\frac{3.5}{3}]\sqrt{P}$ 80MHz to 800 MHz $d=[\frac{7}{3}]\sqrt{P}$ 800MHz to 2.5 GHz where p is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer and d is the recommended separation distance in metres (m) Field strengths from fi xed RF transmitters, as determined by an electromagnetic site survey,a should be less than the compliance level in each frequency range.b Interference may occur in the vicinity of equipment marked with the following symbol: ((•))
Radiated RF IEC 61000-4-3	3 V/m 80MHz to 2.5GHz	3 V/m	

NOTE 1: At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies.
NOTE 2: These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and refl ection from structures, objects and people.

a. Field strengths from fi xed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) telephones and land mobile radios, amateur radio, AM and FM radio broadcast and TV broadcast cannot be predicted theoretically with accuracy. To assess the electromagnetic environment due to fi xed RF transmitters, an electromagnetic site survey should be considered. If the measured fi eld strength in the location in which the PRO-110/PRO-115 is used exceeds the applicable RF compliance level above, the PRO-110/PRO-115 should be observed to verify normal operation. If abnormal performance is observed, additional measures may be necessary, such as re-orienting or relocating the PRO-110/PRO-115.

b. Over the frequency range 150 kHz to 80 MHz, fi eld strengths should be less than 3 V/m.

Recommended separation distances between portable and mobile RF communications equipment and the PRO-110/PRO-115

The PRO-110/PRO-115 is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF disturbances are controlled. The customer or the user of the PRO-110/PRO-115 can help prevent electromagnetic interference by maintaining a minimum distance between portable and mobile RF communications equipment (transmitters) and the PRO-110/ PRO-115 as recommended below, according to the maximum output power of the communications equipment.

Rated maximum output power of transmitter W	Separation distance according to frequency of transmitter m		
	150kHz – 80MHz $d=1.2\sqrt{P}$	80MHz – 800MHz $d=1.2\sqrt{P}$	800MHz – 2,5GHz $d=2.3\sqrt{P}$
0.01	0.12	0.12	0.23
0.1	0.37	0.38	0.73
1	1,2	1,2	2.3
10	3,8	3,8	7.3
100	12	12	23

For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation distance d in metres (m) can be estimated using the equation applicable to the frequency of the transmitter, where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer.

NOTE 1: At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies.

NOTE 2: These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and refl ection from structures, objects and people.

B.Well Swiss AG, Bahnhofstrasse 24, 9443, Widnau, Switzerland
www.bwell-swiss.ch

Factory address: Zhongshan Globalcare Medical Technology Co., Ltd. 7th Building, 39 Middle Industrial Main Road, European Industrial Zone, Xiaolan Town, 528415 Zhongshan City, Guangdong Province, China.

KZ Пайдалану нұсқаулығы

1. КІРІСПЕ
Құрметті сатып алушы, Сізді B.Well компаниясының PRO-110 / PRO-115 сығымдағышты небулайзерін сатып алғаныңызбен құттықтаймыз.
B.Well компаниясының небулайзерлері сенімділіктің жоғары дәрежесімен ерекшеленеді. Сығымдағыш арнайы камераға ауаның құатты ағымын береді. Ауа ағыны дәрілік препаратты ұп-ұсақ бөлшектерге бөледі. Осындай күйде дәрілік құрал маска немесе мұштік арқылы науқастың тыныс алу ағымына өтеді. B.Well компаниясы, оны аспап жоғары сапалы материалдардан өндірілгендігіне, сондай-ақ қолданыстағы ұлттық және халықаралық қауіпсіздік стандарттарына сай келетіндігіне кепілдік береді. Небулайзер, медициналық аспап болып табылады, сондықтан, оны тек қана Сізді дәрігеріңіздің нұсқауларына сәйкес қолдануға болады.
Өтіңеміз, аспаппты пайдаланбас бұрын, осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және осы ұсыныстарды орындаңыз!

2. АРНАЛЫМЫ БОЙЫНША ҚОЛДАНУ
Сіздің ингаляторыңыз демікпені, ӨСОА ауруын және емдеу уақытында аэрозоль дәрілерін қолдану талап етілетін басқа да респираторлық ауруларды емдеуге арналған. Өтініеміз, осы ингалятор үшін сіздің дәрігіздің қолдануға рұқсат берілгенін анықтау үшін дәрігеріңізбен және/немесе фармацевтпен кеңесіңіз. Емдеу түрін, мөлшерін және режимін таңдаған кезде, дәрігеріңіздің немесе медициналық қызметкердің нұсқауларын орындаңыз. Небулайзердің әрекет ету тетігі, дәрілік құралды дисперсиялық әдіспен шашыратуға негізделген. Аэрозоль консистенциясына ие бола отырып, препарат тыныс алу жүйесінің барлық бөлімдеріне жетеді және терапиялық әсер көрсетеді. Бөлшектердің 5 микроннан кішкентай аэродинамикалық өлшемі, төменгі тыныс алу жолдарының тиімді ингаляцияларын жасауға мүмкіндік береді.

3. ҚОЛДАНУҒА БОЛМАЙТЫН ЖАҒДАЙЛАР ЖӘНЕ ҚОЛДАНУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ШЕКТЕУЛЕР
Небулайзерлік терапияға арналған препараттар ретінде келесілерді қолдануға үзілді-кесілді тыйым салынады:
- өлшенген бөлшектерді қамтитын заттектер мен ерітінділер (қайнатпалар, суспензиялар, тұнбалар және т.б.). Өлшенген бөлшектер респирабельдік фракцияның бөлшектеріне қарағанда ірірек. Оларды небулайзерде қолдану, денсаулыққа зиян келтіруі мүмкін;
- май қамтушы ерітінділер (соның ішінде эфир майлары). Майлардың бөлшектері, төменгі тыныс алу жолдарына түсіп, ұп-ұсақ үлдірлерді түзеді және «майлы пневмониялар» деп аталатын ауруалардың дамуы тәуекелін арттырады;
- ауамен, оттегімен және азот шала тотығымен жанасқан кезде оңай тұтанатын қауіпті анестезиялаушы қосылыстар;
- хош иісті заттектер.

Аспапты осы нұсқаулықта сипатталғандай және Сіздің дәрігеріңіздің нұсқауларына қатаң сәйкестікте пайдаланыңыз.

ⓘ **МЕДИЦИНАЛЫҚ АЛДЫН АЛА ЕСКЕРТУ:**
Осы нұсқаулық пен аспап, дәрігер немесе басқа да медициналық қызметкер тарапынан консультациялардың орнын баса алмайды. Осы құжаттағы ақпаратты немесе осы бұйымды дербес диагностика үшін немесе емдеу не дәрігі таңдау үшін пайдалануға болмайды. Сізде денсаулық мәселелері бар болса немесе бар болып табылады деп ойласаңыз, дереу дәрігерге қаралыңыз.

4. ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ
Қолдана бастадың алдында, нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Оны, аспаптың барлық қызмет ету мерзімі бойы сақтаңыз. Бұл аспап ингаляциялық терапияға ғана арналған. Аспапты осы нұсқаулыққа сәйкес және Сіздің емдеуші дәрігеріңіздің нұсқауларына сәйкестікте пайдаланыңыз. Кез келген өзге жолмен қолдану дұрыс емес, демек қауіпті болып саналады.
Аспап, ауамен, оттегімен және азот шала тотығымен жанасқан кезде оңай тұтанатын қауіпті анестезиялаушы қоспаларымен бірге қолдану үшін жарамайды.
Аспап анестезияға және өкпені желдетуге жарамайды.
Өндіруші аспапты дұрыс қолданбаудың салдарынан, сондай-ақ аспапты қауіпсіздік стандарттарына сай келмейтін электрлік қондырғыларға қосудың салдарынан туындаған бұзылымдар үшін жауапкершілік тартпайды.

Небулайзерді пайдалану ережелері
B.Well PRO-110 және PRO-115 сығымдағыш небулайзерінде, небулайзерлік терапия үшін ұсынылған дәрілік препараттардың барлық тізбесі қолданылуы мүмкін.

Дәрілік құралдың түрін, мөлшерін және енгізу режимін тек қана емдеуші дәрігер ғана белгілей алады.
Ауруға байланысты Сіздің емдеуші дәрігеріңіз тарапынан ұсынылған небулайзер жиынтығындағы қондырмалар түрлерін қолданыңыз. Егер мұрын арқылы ингаляция жасауға арналған қондырма Сіздің емдеуші дәрігеріңіз тарапынан ұсынылған болса ғана, оны пайдаланыңыз. Қондырманы мұрынға ешқашан енгізбеңіз, қондырманы мұрынға жақынырақ тақаңыз. Дәрілік құралды пайдаланудың алдында, оны небулайзерде қолдануға болмайтын жағдайлардың бар ма екендігін тексеріңіз.

⚠**АЛДЫН АЛА САҚТАНДЫРУ:**
- Қолдануға рұқсат етілген ерітінділердің жарамдылық мерзімін мұқият бақылаңыз. Жарамдылық мерзімі өтіп кеткен ерітінділерді пайдаланбаңыз.
- Індеттердің таралуына жол бермес үшін, әртүрлі науқастардың бірдей жиынтықтаушыларды пайдалануы ұсынылмайды
- Аспапты қолданып болғаннан соң, сондай-ақ жиынтықтаушыларды бірінші рет және/немесе ұзақ уақыт бойы сақтағаннан кейін қолданып жатсаңыз, жиынтықтаушыларды әрбір рет тазарту және зарарсыздандыру керек! Бөлшектердің тиісінше зарарсыздандырылғанына және кептірілгеніне көз жеткізіңіз, содан кейін оларды таза жерде сақтаңыз.
- Жиынтықтаушылар мен аспапты осы нұсқаулықтың Тазарту, күтім көрсету және сақтау 9-тармағында келтірілген сипаттамаға сәйкес тазарту керек
- Небулайзер мен оның құрамдас бөліктерін дәрілік заттектер мен жуғыш заттектердің қалдықтарынан әрқашан тазалап отырыңыз. Тазартқыш ерітіндіні бүріккіште, мұштікте немесе аэрозоль түтігінде ешқашан қалдырмаңыз!
- Небулайзер мен оның құрамдастарын қысқы толқынды пеште, фенмен немесе басқа да тұрмыстық аспаптардың көмегімен кептіруге болмайды.
- Небулайзерді қолданған уақытта аспаптың желдету тесіктерін жаппаңыз. Пайдаланбаған кезде небулайзерді көрпемен, орамалмен және т.б. заттармен бүркемеңіз. Аспапты, осы тесіктерге ауаның кіруіне қауіп төндіретін жерге қоймаңыз.
- Аспапты балалардан алшақ жерде сақтаңыз. Аспаптың құрамында ұсақ бөлшектер бар, оларды бала жұтып қоюы мүмкін. Бала сымда/ауа құбыршегінде шатасып, тұншығуы мүмкін. Балалар және мүмкіндіктері шектеулі адамдар аспапты ересектердің қарауымен ғана пайдалануы мүмкін.
- Аспапты зиянды бұлардың немесе ұшқыш заттектердің әсеріне ұшыратпаңыз.
- Бүріккішке дәрілік ерітіндінің 8 мл-ден көп мөлшерін құймаңыз.
- Пайдаланған кезде бүріккішті 45 градустан артық еңкейтпеңіз, селкілдетпеңіз.
- Ауа құбыршегін сақтаған кезде де, небулайзерді қолданған кезде де бүкпеңіз.
- Аспаптың құлатпаңыз және бұзбаңыз.
- Ауа сүзгішінің қақпағын бұғаттамаңыз.
- Аспап адам тарапынан қолдану үшін ғана мақұлданған. Оны тек қана арналымы бойынша қолданыңыз.

Электр тогының соғуы қаупі
- Түнүсқалы жиынтықтаушылар мен керек-жарақтарды ғана қолданыңыз.
- Аспап сұйықтықтың кіруінен қорғалмаған, оны суламаңыз.
- Аспапты су немесе ылғалды қолмен ұстауға болмайды.
- Аспапты табиғи факторлардың әсеріне ұшыратуға болмайды.
- Аспапты тазартудың алдында, оны сөндіріп, электр желісінен ажыратыңыз.
- Аспапты, терапия сеансы аяқталғаннан кейін дереу желіден ажыратқыңыз.
- Аспап жұмыс істеп тұрғанда бүріккішті ажыратпаңыз.
- Аспапты қолданған кезде тегіс, тұрақты бетке қойыңыз
- Аспапты суға батырмаңыз.
- Егер желілік сым немесе штепсель бұзылған болса, сымды қолданбаңыз. Желілік сым, тек қана авторластырылған сервис орталықтарында ауыстырылуы тиіс.
- Желілік сымның ыстық беттерге тиіп кетуіне жол берменіз.
- Аспаптың электр желісінен сөндіру үшін, сымнан немесе аспаптан тартпаңыз.
- Осы аспап, B.Well компаниясы тарапынан ұсынылған сервис орталықтарында ғана жөнделуі тиіс. Осы шартты ұстанбасаңыз, аспап қауіп төндіруі мүмкін.

Аспаптың дұрыс жұмыс істеуіне, Еуропалық стандарттарда көрсетілген ұйғарынды шектеулер асатын электр магниттік бөгеулідер әсер етуі мүмкін. Егер осы аспапқа басқа электрлік аспап әсер етсе, оны басқа жерге ауыстырыңыз және басқа розеткаға қосыңыз. Ақаулық болған кезде, келесі бөлімді оқыңыз: «11. Ықтимал ақаулықтар кестесі».
Аспаптың корпусын ашпаңыз.
Аспапты электр желісіне қосудың алдында, электр желісінің жұмыс кернеуі аспапта көрсетілген кернеуге сай келетіндігіне көз жеткізіңіз. Желінің жұмыс кернеуінің шамасы небулайзердің түбінде көрсетілген. Небулайзердің түбінде көрсетілген жұмыс кернеуі электр желісінің кернеуіне сай келмеген жағдайда, мәселені шешу үшін маманға жүгініңіз. Жалпы алғанда, ұзартқыштар мен ұшайырларды қолдану ұсынылмайды. Оларды пайдалану қажет болса, қауіпсіздік стандарттарына сай келетін түрлерін пайдалануыз. Аспапты құрастыру, осы нұсқаулыққа сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Дұрыс емес құрастыру, адамдарға, жануарларға немесе заттарға нұқсан келтіру себебі болуы мүмкін. Бұл жағдайда, өндіруші келтірілген нұқсан үшін жауапкершілік тартпайды. Егер Сіз аспапты енді қолданбауды ұйғарған болсаңыз, оны қолданыстағы ережелерге сәйкес көдеге жарату керек. Аспапты, оңай сөндіруге болатындай етіп орнатыңыз.

5. АСПАПТЫҢ СУРЕТІ ЖӘНЕ ОНЫҢ НЕГІЗГІ БӨЛІКТЕРІ


Жиынтықтама
	Сипаттамасы	PRO-110 жиынтықтамасы	PRO-115 жиынтықтамасы		Сипаттамасы	PRO-110 жиынтықтамасы	PRO-115 жиынтықтамасы
	1. Медициналық ингаляторы	1 дана	1 дана		7. Балаларға арналған беттерде	1 дана	1 дана
	2. Basic бүріккіші	1 дана	1 дана		8. Нәрестелерге арналған беттерде мөлдіреуіш	–	1 дана
	3. Ауа шланғы	1 дана	1 дана		9. Сүзгілер жиыны	5 дана	5 дана
	4. Мұштік	1 дана	1 дана		10. Сақтауға арналған сөмке	1 дана	1 дана
	5. Мұрын арқылы ингаляцияға арналған саптама	1 дана	1 дана		11. Пайдалану нұсқаулығы 12. Кепілдік талоны	1 дана	1 дана
	6. Ересектерге арналған беттерде	1 дана	1 дана		13. Жапсырмалар	–	2 дана

Бүріккіш
Вентури әсерінің арқасында, ауа ② қоршаған ортадан бүріккіштің қақпағындағы ашық тесіктер ① арқылы өтеді және сығымдағыштан ③ келетін ауаға қосылады, осылайша шашырату жылдамдығы үдетіледі және ингаляция уақыты ④ азаяды.

6. АСПАПТЫ ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ
Тасымалдауға және/ немесе сақтауға байланысты туындаған ықтимал ақаулықтарды және/ немесе бұзылымларды анықтау үшін аспапты әрбір рет пайдаланудың алдында тексеріп алыңыз.
Ингаляция жасаған кезде, тыныс алу жолдарын сықпау және емшараның тиімділігін төмендетпеу үшін үстелде (креслода емес) тік және босаңсыған күйде отырыңыз. Жиынтықтаушыларды тек қана бір науқас пайдалануы тиіс, бірдей жиынтықтаушыларды бірнеше науқастың пайдалануы ұсынылмайды.
- Небулайзермен жұмыс істеудің алдында қолыңыздағы жақсылап жуып алыңыз.
- Аспап пен оның жиынтықтаушыларын қораптан алып шығарыңыз. Аспапта көрінетін бұзылымдардың немесе ақаулардың бар ма екендігін тексеріңіз, электрлік құрамдастарды алаңаштауы мүмкін аспаптың корпусында жарықшақтардың болуына ерекше назар аударыңыз. Жиынтықтаушылардың бүтіндігін тексеріңіз.
- Бүріккішті, мұштікті, мұрын арқылы ингаляция жасауға арналған қондырма, бетке арналған масканы (егер аспапты ұзақ уақыт бойы сақтағаннан кейін, оларды бірінші рет пайдаланса және/немесе және/немесе оларды бірнеше адам қолданса) тазартқыңыз және зарарсыздандырыңыз. Аспапты қолданудың алдында, оны «8. Тазарту, күтім көрсету және сақтау» тармағына сәйкес тазартыңыз.
- Ингаляция жасаған кезде бүріккішті, керек-жарақтарды және қосу/сөндіру түймелерін пайдалану ыңғайлы болуы үшін небулайзерді тегіс және тұрақты беткі қабатқа қойыңыз.

Аспапты қолданудың алдында мынаған көз жеткізіңіз:
- барлық бөлшектердің тиісінше жалғанғанына;
- ауа сүзгіші сүзгіштің ішінде екендігіне;
- ауа сүзгішінің таза екенін (егер ауа сүзгіші түсін өзгертсе немесе ұзақ уақыт бойы қолданылса, оны жаңасына ауыстырыңыз).

Бүріккішті жұмысқа дайындау
1. Қақпақты сағат тілінің бағыты бойынша бұрап, бүріккішті ашыңыз.
2. Диффузор бүріккіштің ішіне дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
3. Дәрігер тарапынан жазып берілген ерітіндінің қажетті мөлшерін дәрілерге арналған сыйымдыққа құйыңыз
4. Бүріккіштің екі бөлігін біріктіріп, қақпақты сағат тілінің бағыты бойынша бұрап, жабыңыз. Бүріккіштің тығыз жабылғанына көз жеткізіңіз.



⚠**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Дәрілерге арналған сыйымдыққа 2-8 мл сыяды. Дәрілерге арналған сыйымдықта шкала бар. Ол дәрілік ерітіндінің сыйымдығын долбарлап бағалау үшін қолданылады.

Ауа құбыршегін жалғау
Ауа құбыршегін сығымдағыштың ауа құбыршегіне арналған ағытпаға жалғаңыз.
Ауа құбыршегінің басқа ұшын бүріккіштің ауа құбыршегіне арналған ағытпаға жалғаңыз.
Ауаның жылыстауына жол бермес үшін, ауа құбыршегінің нықтап жалғағанына көз жеткізіңіз.

⚠**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Ауа құбыршегін жалғап жатқан кезде дәріні төгіп алмаңыз, бүріккішті тек қана тігінен ұстаңыз.

Масканы немесе мұштікті бүріккішке жалғаңыз
- Сөндіргіш сөндірілген күйінде екеніне көз жеткізіңіз: «O».
- Желілік сымның ашасын электрлік розеткаға тығыңыз. Алдымен, электр желісінің кернеуі аспаптың жұмыс кернеуіне сай келетіндігіне көз жеткізіңіз.
- Аспапты қосыңыз - «I» күйі



7. БҰЙЫМНЫҢ ЖҰМЫС ТӘРТІБІ
Бүріккішті тек қана тігінен ұстаңыз.

⚠**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Бүріккішті 45 градустан артық еңкейтпеңіз. Егер еңіс бұрышы 45 градустан көп болса, дәрілік құрал ауызға ағып кетуі мүмкін. Егер еңіс бұрышы 45 градустан көп болса, дәрілік құрал ауызға ағып кетуі мүмкін.

Сөндіргіш 1 күйіне болуы үшін, оны басыңыз. Сығымдағыш қосылады және бұрқу басталады.
Ингаляцияны Сіздің емдеуші дәрігеріңіздің нұсқауларына сәйкес орындаңыз. Дәрігер тарапынан жазып берілген қондырмаларды қолданыңыз.

⚠**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Деммен жұтатын аэрозольдің температурасы қоршаған ортаның температурасына және дәрілік ерітіндінің температурасына байланысты болады. Егер ерітінді тоңазытқышта сақталған болса, оны тұтынудың алдында 16-20С° температурасына дейін жеткізу ұсынылады.

Мұштікті пайдалану: