



Инструкция по эксплуатации



Пульсоксиметр медицинский «Armed»

УХ300/301/302/200

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Пульсоксиметры медицинские «Agmed»: YX300, YX301, YX302, YX200 (далее по Руководству - пульсоксиметры, приборы или изделия) представляют собой портативное, непроникающее устройство для измерения на месте насыщение кислородом артериального гемоглобина (SpO₂) и частоты пульса у взрослых и детей дома и в больничных условиях (включая клиническое использование в терапии/хирургии, при анестезии, интенсивной терапии и пр.). Не предназначен для непрерывного мониторинга.

Пульсоксиметр не требует профилактической калибровки или технического обслуживания (кроме замены батареек).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип дисплея: OLED дисплей (светодиодный дисплей), для модели YX200 двухцветный жидкокристаллический.

Диапазон измерения SPO₂: 70-100% Точность: $\pm 2\%$

Диапазон измерения пульса: для YX300 - 25-250 ударов в минуту, для YX301, YX302 — 18-300 ударов в минуту, YX200— 30-235 ударов в минуту. Точность: ± 1 удар в мин или $\pm 1\%$ (большая величина)

Модель YX300, YX301 и YX302 — 4 режима режима информации на дисплее, YX200 — 2 режима отображения информации.

Электропитание: две щелочные батарейки AAA 1.5 В

Диапазон напряжения: 2,6-3,6 В

Низкое потребление: менее 40мА.

Точность измерения: SpO₂ Точность: $\pm 2\%$ в диапазоне 70%-99%

Значения менее 70% не определяются

Частота пульса: $\pm 1\%$ (большая величина)

Измерение в условиях низкой перфузии: при условии наличия тестового оборудования (Тестер пульсоксиметра BIO-TEK INDEX) пульсовая волна доступна постоянно, когда амплитуда имитационной пульсовой волны составляет 6%.

Антиинтерференционные свойства окружающего освещения: При сравнении результаты измерений при естественном освещении в помещении и существующие результаты измерений насыщенности кислородом в темноте различаются менее чем на 1%.

Изделие автоматически отключается, когда сигнал в изделии отсутствует более 8 сек.

Требования к окружающей среде:

Требования к окружающей среде:

Рабочая температура: 5~40 °С

Температура хранения: -10~40 °С

Окружающая температура: 15%~80% в работе


Параметр/Модель	YX300	YX301	YX302	YX200
Длина (не более), мм	65	65	70	60
Ширина (не более), мм	30	30	30	34
Высота (не более), мм	32	35	40	30
Вес (не более), гр	54	65	70	50

ПРИНЦИП ИЗМЕРЕНИЯ

Пульсоксиметр калибруется для выведения на дисплей значения функциональной насыщенности крови кислородом. Работа пульсоксиметра основана на следующем принципе: эмпирическая формула для обработки данных получена на основании закона Ламберта — Бера в соответствии с характеристиками спектрального поглощения восстановленного гемоглобина (R Hb) и оксигемоглобина (O₂ Hb) в красном и в инфракрасном диапазоне. Принцип работы прибора, основанный на технологии фотоэлектрического исследования оксигемоглобина, применяется в соответствии с технологией импульсного сканирования и регистрируется таким образом, что два световых луча с различной длиной волны (660 нм – красный диапазон и 940 нм – инфракрасный диапазон) могут быть сфокусированы на конце ногтя человека через оптический пальцевой датчик с зажимом. Затем измеряемый сигнал может быть получен с помощью фоточувствительного элемента, полученная информация через который выводится на дисплей после обработки микропроцессором.

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

1. Вставить две батарейки AAA в гнездо для батареек, соблюдая полярность.
2. Вставить крышку гнезда горизонтально, по направлению, указанному стрелкой (см. рисунок справа):



ПРИМЕЧАНИЕ: Батарейки необходимо вставлять правильно, в соответствии с полярностью, в противном случае прибор может быть поврежден.

Следует вставлять или извлекать батарейки в правильном порядке, чтобы не повредить крепежные детали прибора.

Следует извлекать батарейки, если пульсоксиметр не используется в течение длительного времени.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ШНУРКА

1. Вставить тонкий конец шнура в отверстие для шнура.
2. Продеть более толстый конец шнура через вставленный конец и крепко затянуть.



Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИБОРА

- На работу пульсоксиметра может оказывать влияние использование аппарата для электрохирургии (АЭХ).
- Пульсоксиметр должен иметь возможность измерять пульс надлежащим образом для получения точного измерения SpO₂. До начала измерения SpO₂ необходимо убедиться, что ничто не препятствует измерению пульса.
- Нельзя использовать пульсоксиметр в условиях магниторезонансной визуализации (MRI) и компьютерной томографии (СТ).
- Нельзя использовать пульсоксиметр в случаях, когда требуется сигнальное устройство. Прибор не оборудован сигнальным устройством.
- Взрывоопасность: Нельзя использовать пульсоксиметр во взрывоопасной среде.
- Пульсоксиметр предназначен только для использования в качестве вспомогательного прибора при оценке состояния пациента. Он должен использоваться совместно с другими методами оценки клинических признаков и симптомов.
- Следует регулярно осматривать место применения датчика пульсоксиметра для определения места размещения датчика, кровообращения и чувствительности кожи пациента.
- Нельзя растягивать липкий пластырь при применении датчика пульсоксиметра. Это может привести к получению неточных показаний или появлению кожных волдырей.
- Перед использованием прибора необходимо внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации.
- Пульсоксиметр не оборудован сигнальным устройством уровня SpO₂, он не предназначен для непрерывного мониторинга, что отмечено специальным символом.
- Продолжительное использование пульсоксиметра или состояние пациента могут потребовать периодической смены места применения. Следует изменять место применения датчика и проверять целостность кожи, состояние кровообращения, а также осуществлять регулировку каждые 4 часа.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Вставить две батарейки AAA в гнездо для батареек и закрыть крышку.

Открыть зажим, как показано на рисунке ниже.

Вставить палец в резиновое отверстие пульсоксиметра (палец следует вставлять до конца) и отпустить зажим.


Один раз нажать кнопку включения на передней панели.

Во время работы пульсоксиметра палец не должен дрожать. При этом рекомендуется не двигать пальцем.


Считать соответствующие показания с экрана дисплея.

Включить пульсоксиметр. При каждом нажатии выключателя пульсоксиметр переключается в другой режим работы дисплея, УХ300, УХ301 и УХ302 отображают 4 режима информации на дисплее, УХ200 — 2 режима отображения информации.

Когда палец вставлен в пульсоксиметр, он должен быть повернут ногтем вверх.



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ



Сигналы качества пульса пациента указываются в виде гистограммы. Гистограмма разделена на 10 уровней, если интенсивность пульса находится на втором-третьем уровне, сигнал пульса недостаточный.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЙ

Простота и легкость эксплуатации изделия.

Изделие имеет небольшой объем, облегченную конструкцию (общий вес с батарейками около 50 г), его удобно переносить.

Энергопотребление изделия низкое, две батарейки AAA, входящие в комплект поставки, обеспечивают непрерывную работу изделия в течение 30 часов.

Знак низкого напряжения выводится на экран, когда напряжение батарейки падает настолько, что это влияет на нормальную работу пульсоксиметра.

Изделие автоматически выключается, когда сигнал в изделии отсутствует более 8 сек.

ФАКТОРЫ, СЛУЖАЩИЕ ПРИЧИНОЙ НЕТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

Нельзя стерилизовать прибор в автоклаве, с помощью этиленоксида или погружая в жидкость, поскольку это может привести к получению неточных результатов измерения. Прибор не предназначен для стерилизации.

Значительные уровни дисфункционального гемоглобина (например, карбоксигемоглобин или метгемоглобин).

Интраваскулярные пигменты, например, индоцианиновый зеленый или метиленовый синий.

Яркое окружающее освещение может оказать негативное влияние на измерение SpO₂. Следует заслонять датчик (например, хирургическим полотенцем от прямого солнечного света), если это необходимо.

Чрезмерная подвижность пациента.

Высоочастотное хирургическое вмешательство и дефибрилляторы.

Венозный пульс.

Закрепление датчика на конечности с помощью манжеты тонометра, артериального катетера или интраваскулярное применение.

Гипотензия, сильный сосудистый спазм, анемия тяжелой степени или гипотермия у пациента.

Остановка сердечной деятельности или шок у пациента.

Лак для ногтей или искусственные ногти могут привести к неточным показаниям прибора при измерении SpO₂.

Необходимо соблюдать местные нормативные акты и инструкции по утилизации отходов при уничтожении или утилизации прибора и его составных элементов, включая батареи.

ОЧИСТКА ПУЛЬСОКСИМЕТРА

Внутренние поверхности пульсоксиметра следует очищать мягкой тканью, смоченной 70%-м этиловым спиртом. Необходимо протирать спиртом отверстие для пальца до и после каждого измерения.

Нельзя наливать или распылять жидкость на пульсоксиметр. Нельзя допускать попадание жидкости в отверстия прибора.

До начала дальнейшего использования пульсоксиметра, его нужно тщательно высушить.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Следует своевременно менять батарейки, когда загорается сигнал низкого напряжения.

Перед использованием пульсоксиметра для диагностики пациента следует очищать поверхность пульсоксиметра.

Если пульсоксиметр не используется в течение длительного времени, следует извлекать батарейки из гнезда.

Рекомендуется хранить изделие при температуре 10-40°C (14-104°F) и относительной влажности 10-80%.

Следует хранить изделие в сухом месте. Влажная среда может привести к сокращению срока его эксплуатации и даже повредить изделие.

КАЛИБРОВКА ПУЛЬСОКСИМЕТРА

Для оценки точности пульсоксиметра нельзя использовать тестер для функциональной проверки.

Точность измерения SpO₂ устанавливается методом клинических испытаний. С помощью пульсоксиметра измеряют насыщенность артериального гемоглобина кислородом, и полученные значения сравнивают со значениями, полученными в результате исследования образцов артериальной крови с помощью СО-пульсоксиметра.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Проявление неисправности	Возможная причина	Меры устранения
Значение SpO ₂ % или частоты пульса не выводятся на дисплей нормально	1. Палец вставлен в прибор неправильно 2. Значение SpO ₂ пациента слишком низкое для измерения	1. Повторить попытку, вставив палец повторно 2. Устранить чрезмерное освещение 3. Провести измерения несколько раз, если можно удостовериться, что в приборе нет неисправностей. Необходимо своевременно обратиться в больницу для постановки точного диагноза
Значения SpO ₂ % или частоты пульса нестабильны	1. Палец может быть вставлен недостаточно глубоко 2. Пациент совершает лишние движения	1. Повторить попытку, вставив палец повторно 2. Пациент должен вести себя спокойно
Монитор не включается	1. Отсутствуют батарейки, или батарейки разрядились 2. Возможно, батарейки вставлены неправильно 3. Монитор поврежден	1. Заменить батарейки 2. Вставить батарейки снова 3. Следует обратиться в местный центр сервисного обслуживания
Показания прибора неожиданно выключаются	1. Пульсоксиметр автоматически отключается, если сигнал не обнаруживается в течение 8 сек. 2. Заряд батареек недостаточен для нормальной работы	1. Нормально 2. Заменить батарейки

Проявление неисправности	Возможная причина	Меры устранения
На экране появляется надпись "Error3" или "Error4"	1. Err 3 означает, что светодиод красного излучения поврежден. 2. Err 4 означает, что светодиод инфракрасного излучения поврежден.	1. Проверить светодиод красного излучения. 2. Проверить светодиод инфракрасного излучения.
Error 6	Err 6 означает неисправность контроллера	Заменить кристалл
На экране появляется надпись "Error7"	Err 7 означает, что повреждены светодиоды излучения или фотодиоды.	Проверить светодиоды излучения или фотодиоды.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СИМВОЛЫ



Оборудование работает на частоте



См. инструкцию по эксплуатации перед применением

% SpO₂

Насыщение гемоглобином

ВPM

Частота пульса (ударов в минуту)



Указатель низкого напряжения



Не предназначен для постоянного мониторинга

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

Один шнур

Две батарейки

Одно руководство по эксплуатации

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Пульсоксиметры медицинские «Armed»: YX300, YX301, YX302, YX200 соответствуют техническим условиям и признаны годными для эксплуатации.

Регистрационное удостоверение ФСЗ №2010/07461 от 22.07.2010 г.

Изготовитель: Jiangsu Yuyue Medical Equipment and Supply Co., Ltd., Danyang, 212310, Jiangsu, China

Джангсу Юю Медикал Эквипмент энд Сапплай Ко., Лтд., Даньянг, 212310, Джангсу, Китай

Дистрибьютор: ООО «Медимпорт»

630091, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Советская, дом 52, пом. 14

Срок службы - не менее 5 лет.

Гарантийный срок – 12 месяцев с даты продажи при выполнении требований настоящего Руководства.