

ПАСПОРТ N 01/7/17ФМ

Наименование – бумага фильтровальная лабораторная обеззоленная, марки
ФС (средней фильтрации)
ТУ 2642-001-42624157-98
ГОСТ 12026-76
ФОРМАТ

Дата производства

Дата изготовления:

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

NN п.п.	Наименование показателей	Требования ГОСТ , ТУ	Результаты Анализа
1	Масса бумаги площадью 1м. кв.	75+3-3	75+-2
2	Сопротивление продавливанию во влажном состоянии, кПа, не менее (Burst Strength, wet)	6	30+-5
3	Фильтрующая способность, С, не более (Filtration capacity, less)	45,0	34+-2
4	Разделительная способность (задерживает осадки)	Сернокислого свинца холодноосаженного	задерживает осадок
5	Сорность – число соринок на 1 м.кв. Площадью св.0,1 до 0,5 мм.кв. не более площадью свыше 0,5 мм.кв.	100 0	80 0
6	Влажность, % (Moisture)	6 +1, -2	5,5+-0,5
7	Массовая доля железа, %, не более	0,002	0,0019
8	Зольность, % не более (Ash content)	0,1	0,1
9	Максимальный диаметр пор (Pore Size max.)	мкм	26+-1
10	Средний диаметр пор (Pore Size mean)	мкм	14+-1

Заключение ОТК: бумага фильтровальная соответствует требованиям
ГОСТ12026-76 и ТУ 2642-001-42624157-98

Гарантийный срок хранения бумаги фильтровальной не установлен.

Отдел технического контроля
