

ПАСПОРТ N 11/16ФМ

Наименование фильтров – обеззоленные, марки ФММ зеленая лента (очень медленной фильтрации)

ТУ 2642-001-42624157-98

ГОСТ 12026-76

Размер выпущенных фильтров 55, 70, 90, 110, 125, 150, 180мм.

Дата производства

Дата изготовления :

Количество пачек

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

№ п.п.	Наименование показателей	Требования ГОСТ, ТУ	Значение Методы испытания
1	Внешний вид	Фильтры должны быть чистыми, иметь ровный обрез, не быть рваными	Соотв.
2	Допустимое отклонение в диаметрах фильтров, в мм	+ 1 - 2	Соотв.
3	Зольность одного фильтра в граммах не более: при диаметре фильтра		
	55мм	0,000076 – 0,00019	0,00029
	70мм	0,00012 – 0,00030	0,00034
	90мм	0,0002 – 0,00050	0,00052
	110мм	0,00030 – 0,00075	0,00085
	125мм	0,00039 – 0,00097	0,0011
	150мм	0,00056 – 0,00140	0,0015
	180мм	0,0008 -0,0020	0,0023
4	Масса бумаги площадью 1м. кв.	85 + 3-3	85+-2
5	Сопротивление продавливанию во влажном состоянии, кПа, не менее (Burst Strength, wet)	7	190+-5
6	Фильтрующая способность, С, не более (Filtration capacity, less)	100,0	110+-5
7	Разделительная способность (задерживает осадки)	сернокислого бария	задерживает осадок
8	Сорность – число соринки на 1 м.кв. Площадь св.0,1 до 0,5 мм.кв. не более площадь свыше 0,5 мм.кв.	100 0	63+-5 0
9	Зольность, % не более (Ash content)	0,1	0,1
10	Влажность, % (Moisture)	6 +1 -2	5,5+-1.0
11	Массовая доля железа, %, не более	0,0020	0,0019
12	Максимальный диаметр пор (Pore Size max.)	мкм	не определить
13	Средний диаметр пор (Pore Size mean)	мкм	не определить

Заключение ОТК:

Фильтры соответствуют требованиям ГОСТ12026-76 и ТУ 2642-001-42624157-98

Гарантийный срок хранения фильтров не установлен.

Отдел технического контроля